

セレプロテック®キット 用法及び用量変更のお知らせ

(2016年4月)

日本メジフィジックス株式会社
〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番10号
電話 (03) 5634-7006 (代)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社製剤「セレプロテック®キット」につきまして、昨年11月に貯法を「2～8℃」から「室温」に変更したことに伴い、用法及び用量の記載内容を下記のように見直しましたのでお知らせいたします。

今後とも、倍旧のお引立てを賜われますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 対 象 セレプロテック®キット
(放射性医薬品基準エキサメタジウムテクネチウム (^{99m}Tc) 注射液調製用)
2. 変更点 [用法及び用量] の変更箇所を抜粋

現 行	1. エキサメタジウムテクネチウム (^{99m}Tc) 注射液の調製 本品を冷蔵庫から取り出し室温に戻したのち、放射性医薬品基準過テクネチウム酸ナトリウム (^{99m}Tc) 注射液ジェネレータの溶出液 5mL を加え、よく振とうする。
変更後	1. エキサメタジウムテクネチウム (^{99m}Tc) 注射液の調製 本品に放射性医薬品基準過テクネチウム酸ナトリウム (^{99m}Tc) 注射液ジェネレータの溶出液 5mL を加え、よく振とうし、エキサメタジウムテクネチウム (^{99m}Tc) 注射液を調製する。

改訂添付文書は弊社ホームページに掲載いたしますのでご参照ください。
(<http://www.nmp.co.jp/>)
なお、納入製品の添付文書は、現行添付文書の在庫がなくなり次第変更となります。

以 上

nilhon
medi+physics

電話でのご注文は、下記にて承っておりますのでよろしく申し上げます。

フリーダイヤル	
西日本	0120-49-1296
中 部	0120-21-5921
東日本	0120-49-2421